

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 088420/VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Trường Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Solar Mask 3 lớp

Model: SM3L-01/2020

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Trường Minh

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



VIỆN
TRANG THIẾT BỊ
VÀ CÔNG TRÌNH
Y TẾ

TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

| TT | Nội dung | Yêu cầu | Đạt | K.Đạt |
|-----|-------------------------------------|---|-----|-------|
| 1 | Kết cấu và vật liệu | Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan | X | |
| 2 | Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%) | Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90% | X | |
| 3 | Trở lực hô hấp (mmH ₂ O) | Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O | X | |
| 4 | Giới hạn trường nhìn (%) | Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6% | X | |
| 5 | Khối lượng (g) | Khối lượng không lớn hơn 10 g | X | |
| 6 | Giới hạn cho phép của kim loại nặng | | | |
| 6.1 | Hàm lượng Asen (As) | 0,17 mg/kg | X | |
| 6.2 | Hàm lượng Chì (Pb) | 1,00 mg/kg | X | |
| 6.3 | Hàm lượng Thủy Ngân (Hg) | 0,12 mg/kg | X | |
| 6.4 | Hàm lượng Antimon (Sb) | 0,10 mg/kg | X | |
| 6.5 | Hàm lượng Cadimi (Cd) | 0,10 mg/kg | X | |

*Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Trường Minh cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 28/04/2020.

SOÁT XÉT



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Lê Đức Hà