

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 088520 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Trường Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế Solar Mask 4 lớp

Model: SM4L-01/2020

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Trường Minh

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

** Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Trường Minh cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 28/04/2020.*

SOÁT XÉT



Nguyễn Văn Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020
NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Lê Đức Hà