

**BỘ Y TẾ
VIỆN TRANG THIẾT BỊ
VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: *268220* /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty Cổ phần HQGANO

Địa chỉ: Số 626 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tên sản phẩm: Bộ trang phục phòng, chống dịch

Model: BPD-HQGANO

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần HQGANO

Xuất xứ: Việt Nam


Người thử nghiệm: Lê Đức Hà

Phương pháp thử nghiệm: Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 ban hành tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 8/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết luận: Bộ trang phục đạt chỉ tiêu kỹ thuật Cấp độ 3 theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Bộ trang phục phòng, chống dịch			
1.1	Yêu cầu chung	- Đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm. - Dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng. - Không dị ứng cho người mặc. Bề mặt sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ, viền chắc chắn, kín khít, không lỗi ngoại quan.	X	
1.2	Kiểu dáng, kích thước	- Theo thiết kế của từng khung chiều cao, cân nặng.	X	
1.3	Yêu cầu hiệu suất rào cản	- 4 cấp độ theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT		
	Khu vực A (mặt trước)	- Cấp độ 3	X	
	Khu vực B (tay áo)	- Cấp độ 3	X	
	Khu vực C (mặt sau)	- Cấp độ 3	X	

* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần HQGANO cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 05/06/2020.

* Kết luận: Đạt cấp độ 3.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM

Nguyễn Văn Hùng

Lê Đức Hà