

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 261/20 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty Cổ phần DR.SEVEN

Địa chỉ: 25/1 Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: DR.SEVEN

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần DR.SEVEN

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Nguyễn Mạnh Hải

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 – Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép nguyên tố kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần DR.SEVEN cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 03/06/2020.

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020
NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Hà Quang Thanh



Nguyễn Mạnh Hải